

SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT
BỆNH TẬT

Số: /KSBT
Về việc chào giá sửa chữa
một số thiết bị máy xét nghiệm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sóc Trăng, ngày tháng 5 năm 2024

Kính gửi: Quý Công ty sửa chữa trang thiết bị y tế

Căn cứ Quyết định số 1181/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trực thuộc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng.

Để thực hiện tốt công tác xét nghiệm của đơn vị. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng đề nghị Quý Công ty sửa chữa thiết bị Y tế đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng khảo sát các trang thiết bị đang bị hỏng và báo giá sửa chữa trang thiết bị như sau: (phụ lục kèm theo).

Thời gian nhận báo giá từ ngày 09 tháng 5 năm 2024 đến 8g00 ngày 17 tháng 5 năm 2024 theo giờ hành chính. (Bảng chào giá có giá trị 90 ngày).

- Hồ sơ chào giá sẽ được mở vào, lúc 08 giờ 15 phút, ngày 17 tháng 5 năm 2024.

Mọi ý kiến thắc mắc liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức –Hành chính thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng. Địa chỉ: 376 Lê Duẩn, Phường 9, Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; Số điện thoại liên hệ: 02993.610042./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT-TC.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

BSCKII Võ Quang Hà

DANH MỤC ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA

(Theo Công văn số: /CV-KSBT ngày tháng năm 2024 của TTKSBT)

Stt	Tên thiết bị	Mã số	Mã hiệu	Số serial	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Tình trạng hiện tại	Ghi chú
01	Máy đo pH	VS.36	pH700	614599	EUTECH	Singapore	Hư đầu dò	
02	Tủ cấy vô trùng	VS.42	JSCB-900SB	111121-42	JS Research Inc	Nam Triều Tiên	Hư màn lọc	
03	Tủ an toàn sinh học cấp 2	VS.59	BMB II	22112099048	Lamsystems	Nga	Hư quạt hút	
04	Máy quang phổ UV - VIS	LH.44	DR 6000	1826548	HACH	Đức	Hư màn hình	
05	Máy sinh hóa tự động	HT.01	COMBI	510079	BSI	Ý	Máy bị hư đèn, lỗi bơm hút số 3	
06	Máy ly tâm ống lớn		EBA 200S	0000854-02	Hettich	Đức	Máy không mở nắp được	

